

Poštovani,#

Uvidom u konkursnu dokumentaciju stomatološkog potrošnog materijala JNMV 10/2019 objavljenoj na portalu JN 29.01.2020. molimo pojašnjenje za pojedine stavke iz partija i eventualne korekcije kako bi omogućili veću konkurentnost u skladu sa ZJN.#

PARTIJA 1#

Stavka 1-obzirom da Difurid vise nije registrovan,molimo vas da izmenite opis bez navodjenja sastava materijala, tako da stoji samo: "Rastvor za dezinfekciju kanala korena zuba min 15ml"#

Stavka 10-Fluorogal mite rastvor nije vise registrovan, molimo da izmenite opis tako da stoji: "Tečnost za fluorizaciju zuba-Fluorogal rastvor 250ml ili odgovarajući"#

PARTIJA 13#

Stavka 4-Poliester trake su u pakovanju od 100kom,da li je pakovanje od 200kom koje ste naveli u specifikaciji greška? Molimo ispravite#

Stavka 18-Pulparni kočići su u pakovanju od 12 kom,molimo ispravite ili jed.mere izrazite u komadima I korigujte količinu na 1000#

Stavka 19-Parapulparni kočići su u pakovanju od 12 kom,molimo ispravite ili jed.mere izrazite u komadima I korigujte količinu na 500#

PARTIJA 14#

Stavka 1-molimo pojašnjenje o kom materijalu se radi#

#

U skladu sa ZJN molimo da uvažite naše sugestije i izvršite izmenu konkursne dokumentacije.#

S poštovanjem,#

NEO YU-DENT DOO#

#

#